

PCIe-6266 600KS/s


单端 48 路/差分 24 路轮询模拟量输入

2 路任意波形发生

8 路可编程数字量 IO

多功能数据采集卡

用户手册



版本号： Q7-30-01

修订日期： 2018-7-5

国控精仪（北京）科技有限公司

2018 年 版权所有

本软件文档及相关套件均属国控精仪(北京)科技有限公司所有，包含专利信息，其知识产权受国家法律保护，除非本公司书面授权许可，其他公司、组织不得非法使用和拷贝。

为提高产品的性能、可靠性，本文档中的信息如有完善或修改，恕不另行通知，客户可从公司网站下载或致电我们通过电子邮件索取，制造商无需作成承诺和承担责任。客户使用产品和软件文档进行设备调试和生产时，应进行可靠性、功能性等全面测试，方可进行整体设备的运行或交付。

我们提供 7*24 电话技术支持服务，及时解答客户问题。

如何从国控精仪获得技术服务

我们将为客户提供满意全面的技术服务。

请您通过以下信息联系我们。

国控精仪公司信息

网址: 英文 www.chnni.com 中文 www.chnni.cn
 销售服务: service@chnni.com
 电话: 400 9936 400 或 010-62936646
 传真: 010-62938482
 地址: 北京市海淀区安宁庄东路 18 号 9 号办公楼

请将您下列的信息通过邮件或传真发送给我们

公司信息		
公司/组织		
地址		
E-mail 地址		
联系人		
电话		
传真		
产品信息		
产品型号		
工作环境	操作系统:	CPU:
	主板:	Bios:
	芯片组:	软件:
产品问题详细描述:		

目录

1	概述.....	- 1 -
1.1	产品特性.....	- 1 -
1.2	产品应用.....	- 2 -
1.3	产品详细指标.....	- 2 -
1.3.1	模拟量输入(AI).....	- 2 -
1.3.2	模拟量输出 (AO).....	- 4 -
1.3.3	通用数字 IO.....	- 5 -
1.3.4	通用定时计数器.....	- 6 -
1.3.5	模拟量触发 (A.Trig)	- 6 -
1.3.6	数字量触发 (D.Trig)	- 7 -
1.3.7	设备同步接口.....	- 7 -
1.3.8	系统稳定时间.....	- 7 -
1.3.9	物理特征.....	- 7 -
1.3.10	产品功耗 (典型值).....	- 7 -
1.3.11	工作环境.....	- 8 -
1.3.12	存储环境.....	- 8 -
1.4	软件支持.....	- 8 -
2	设备安装.....	- 9 -
2.1	产品开箱.....	- 9 -
2.2	软件安装.....	- 9 -
2.3	产品布局图.....	- 10 -
2.4	产品硬件配置.....	- 10 -
3	信号连接说明.....	- 11 -
3.1	连接器管脚分配.....	- 11 -
3.2	模拟量输入的信号连接方式.....	- 14 -
3.2.1	信号源类型.....	- 14 -
3.2.2	单端连接方式.....	- 14 -
3.2.3	差分连接方式.....	- 15 -
4	产品功能详细介绍.....	- 17 -
4.1	AI 转换	- 17 -
4.1.1	AI 数据获取模式.....	- 17 -
4.1.2	AI 数据格式.....	- 18 -
4.1.3	时钟源相关.....	- 19 -
4.1.4	AI 启动方式.....	- 19 -
4.1.5	触发功能.....	- 20 -
4.1.6	DMA 数据传输功能	- 25 -
4.2	AO 转换.....	- 26 -
4.2.1	AO 数据输出模式.....	- 26 -
4.2.2	AO 数据格式.....	- 26 -
4.2.3	AO 启动方式.....	- 27 -
4.2.4	AO 触发功能.....	- 28 -
4.2.5	AO 停止方式.....	- 30 -
4.3	数字量输入、输出.....	- 31 -

4.3.1	方向控制.....	- 31 -
4.3.2	电气特性.....	- 31 -
4.4	计数器.....	- 31 -
4.4.1	方式 0: 计数模式 0;	- 32 -
4.4.2	方式 1: 计数模式 1;	- 32 -
4.4.3	方式 2: 频率周期模式 0;	- 33 -
4.4.4	方式 3: 频率周期模式 1;	- 33 -
4.4.5	方式 4: 频率周期模式 2;	- 33 -
4.4.6	方式 5: 脉冲发生模式 0;	- 34 -
4.4.7	方式 6: 脉冲发生模式 1;	- 34 -
4.4.8	方式 7: 脉冲发生模式 2;	- 35 -
5	产品校准.....	- 36 -

图目录

图 2-1	PCIe-6266 产品布局图	- 10 -
图 3-1	端子示意图	- 11 -
图 3-2	单端连接方式	- 15 -
图 3-3	差分连接方式	- 16 -
图 4-1	AI 工作时钟	- 19 -
图 4-2	预触发模式	- 21 -
图 4-3	后触发模式	- 22 -
图 4-4	延时触发模式	- 22 -
图 4-5	中间触发模式	- 23 -
图 4-6	中间触发触发点分割数据	- 23 -
图 4-7	持续触发模式	- 24 -
图 4-8	窗触发	- 24 -
图 4-9	重复触发	- 25 -
图 4-10	AO 后触发 3 组波形	- 27 -
图 4-11	AO 延时无限次循环	- 27 -
图 4-12	AO 可追加数据示意	- 28 -
图 4-13	AO 后触发	- 29 -
图 4-14	AO 延时触发	- 29 -
图 4-15	AO 数字量持续触发	- 30 -
图 4-16	AO 重复触发	- 30 -
图 4-17	AO 停止模式 0	- 30 -
图 4-18	AO 停止模式 1	- 31 -
图 4-19	计数模式 0	- 32 -
图 4-20	计数模式 1	- 32 -
图 4-21	频率周期模式 0	- 33 -
图 4-22	频率周期模式 1	- 33 -
图 4-23	频率周期模式 2	- 34 -
图 4-24	脉冲发生模式 0	- 34 -
图 4-25	脉冲发生模式 1	- 35 -
图 4-26	脉冲发生模式 2	- 35 -

表目录

表 1-1	-3dB 小信号带宽	- 3 -
表 1-2	Spurious-Free Dynamic Range	- 3 -
表 1-3	Signal-to-Noise Ratio	- 3 -
表 1-4	Total Harmonic Distortion	- 3 -
表 1-5	Signal-to-(Noise + Distortion)	- 3 -
表 1-6	Differential Linearity Error	- 3 -
表 1-7	Integral Linearity Error	- 3 -
表 1-8	Gain Error	- 3 -
表 1-9	Offset Error	- 4 -
表 3-1	68-pin scsi 接口定义	- 12 -
表 3-2	68-pin scsi 接口说明	- 13 -
表 3-3	20-pin DSI 接口定义	- 13 -
表 3-4	20-pin DSI 接口说明	- 14 -
表 4-1	AI 双极性量程及码值	- 19 -
表 4-2	AO 双极性量程及码值	- 26 -

1 概述

PCIe-6266 是基于 PCI Express 1X 架构的高性能数据采集卡。该系列产品高性能、高可靠性、高性价比、密集模拟量点输入，可广泛应用于实时信号处理、信号分析、医疗设备、过程控制等项目。

1.1 产品特性

PCIe -6266 高性能数据采集卡的产品特性。

- ◆ PCI Express 1X 总线
- ◆ 单端 48 通道/双端 24 路轮询模拟量输入
- ◆ 16 位模拟量采样分辨率
- ◆ PCIe-6266: 600KS/s 总采样频率
- ◆ $\pm 10V$ 、 $\pm 5V$ 、 $\pm 1V$ 、 $\pm 0.2V$ 模拟量采集量程
- ◆ 64K 模拟量采集 FIFO
- ◆ AI 数据传输模式: 驱动自动数据更新、DMA 方式
- ◆ 提供 5 种 AI 触发源: 软件触发、外部数字量触发、外部模拟量触发、通道自触发、系统同步触发;
- ◆ 提供 3 种 AI 触发模式:后触发、延时触发、持续触发;
- ◆ 2 路任意波形发生 AO
- ◆ 16 位模拟量输出精度
- ◆ 1MS/s 单通道输出频率
- ◆ $\pm 5V$ 、 $\pm 10V$ 模拟量输出量程
- ◆ 256K/CH 模拟量输出 RAM
- ◆ AO 数据传输模式: 驱动自动数据更新、DMA 方式
- ◆ 提供 4 种 AO 触发源: 软件触发、外部数字量触发、外部模拟量触发、系统同步触发;
- ◆ 提供 2 种 AO 触发模式: 后触发、延时触发
- ◆ AI、AO 自动校准

- ◆ 8 路可编程 IO

1.2 产品应用

- ◆ 瞬变信号测量
- ◆ 电缆测试
- ◆ 汽车测试
- ◆ 实验室测量
- ◆ 医疗设备
- ◆ 过程控制

1.3 产品详细指标

1.3.1 模拟量输入(AI)

- ◆ 四路模拟量输出
- ◆ AI 转换芯片:
 - ◇ AD7685 或 AD7980 类似芯片
- ◆ 产品调教转换频率:
 - ◇ PCIe -6266: 600KS/s 总采样频率
- ◆ AI 分辨率:
 - ◇ 16 bits 分辨率
- ◆ AI 缓存大小:
 - ◇ 64K 点先进先出存储器
- ◆ AI 程控量程:
 - ◇ 双极性: $\pm 10V$, $\pm 5V$, $\pm 1V$, $\pm 0.2V$
- ◆ 最大共模电压出入范围: $\pm 11V$
- ◆ 过压保护:
 - ◇ 上电时: 持续保护范围 $\pm 25V$

◇ 断电时：持续保护范围±15V

◆ 输入阻抗: 10GΩ/5pF

◆ -3dB 小信号带宽: (Typical, 25 °C)

Device	Bandwidth (-3dB)
6266	3MHz

表 1-1 -3dB 小信号带宽

◆ Spurious-Free Dynamic Range: ($f_{IN}= 20kHz$)

Device	Min	Typ	Max
6266		-106dB	

表 1-2 Spurious-Free Dynamic Range

◆ Signal-to-Noise Ratio: ($f_{IN}= 20kHz$)

Device	Min	Typ	Max
6266	91.5 dB	92.7 dB	

表 1-3 Signal-to-Noise Ratio

◆ Total Harmonic Distortion: ($f_{IN}= 20kHz$)

Device	Min	Typ	Max
6266		-106dB	

表 1-4 Total Harmonic Distortion

◆ Signal-to-(Noise + Distortion): ($f_{IN}= 20kHz$)

Device	Min	Typ	Max
6266	91 dB	92.5 dB	

表 1-5 Signal-to-(Noise + Distortion)

◆ Differential Linearity Error:

Device	Min	Typ	Max
6266	-1 LSB	±0.5 LSB	1.5 LSB

表 1-6 Differential Linearity Error

◆ Integral Linearity Error:

Device	Min	Typ	Max
6266	-2 LSB	±0.6 LSB	2 LSB

表 1-7 Integral Linearity Error

◆ Gain Error

Device	Min	Typ	Max
6266		± 2 LSB	

表 1-8 Gain Error

◆ Offset Error

Device	Min	Typ	Max
6266		±0.1 mV	±1.6 mV

表 1-9 Offset Error

◆ 时钟源选择:

- ✧ 板载 40MHz
- ✧ 外部时钟输入 (最大值: 40MHz, 最小值: 1MHz, 50% 占空比)

◆ 提供 5 种 AI 触发源:

- ✧ 软件触发、外部数字量触发、外部模拟量触发、通道自触发、系统同步触发

◆ 提供 3 种 AI 触发模式:

- ✧ 后触发、延时触发、持续触发;

◆ AI 数据传输模式:

- ✧ 驱动自动数据更新, 驱动内部自动选择最优方式, 无需客户选择
- ✧ DMA, with scatter/gather

◆ 输入耦合: 直流耦合

1.3.2 模拟量输出 (AO)

◆ 两路模拟量输出

◆ AO 转换芯片: AD5542 或类似芯片

◆ 模拟量输出点频率: 1MS/s

◆ 分辨率: 12 bits

◆ AO 缓存大小:

- ✧ 每通道 256k/CH RAM

◆ AO 程控量程:

- ✧ 双极性: ±5V、±10V

◆ AO 数据传输模式:

- ✧ 驱动自动数据更新, 驱动内部自动选择最优方式, 无需客户选择
- ✧ DMA, with scatter/gather

◆ 建立时间: 3 μS to 0.5 LSB

- ◆ 压摆速率: 20V/ μ S
- ◆ 输出耦合: 直流耦合
- ◆ 保护: 对地短路
- ◆ 输出阻抗: 典型值 0.3 Ω
- ◆ 输出驱动电流: 最大 \pm 5mA.
- ◆ 稳定性: Any passive load, up to 1500pF
- ◆ 上电状态: 0V
- ◆ 上电故障: \pm 1.5V/500uS
- ◆ 相对精度:
 - ◇ 典型值 \pm 0.5 LSB
 - ◇ 最大值 \pm 1 LSB
- ◆ 非线性精度:
 - ◇ 典型值 \pm 0.5 LSB,
 - ◇ 最大值 \pm 1.2 LSB
- ◆ 偏移误差:
 - ◇ 校准前: 最大值 \pm 80mV
 - ◇ 校准后: 最大值 \pm 1mV
- ◆ 增益误差:
 - ◇ 校准前: 输出最大值的 \pm 0.8%
 - ◇ 校准后: 输出最大值的 \pm 0.05%

1.3.3 通用数字 IO

- ◆ 8 路可编程 IO, 每 4 路一组方向可控;
- ◆ 电气标准: TTL/CMOS
- ◆ 输入电压:
 - ◇ 低电平: $V_{IL}=0.8V$ max; $I_{IL}=0.2mA$ max.
 - ◇ 高电平: $V_{IH}=2.7V$ min; $I_{IH}=0.02mA$ min
- ◆ 输出电压:

- ◇ 低电平: $V_{OL}=0.5V$ max; $I_{OL}=8mA$ max
- ◇ 高电平: $V_{OH}=2.7V$ min; $I_{OH}=0.4mA$ min

1.3.4 通用定时计数器

- ◆ 1 路定时计数器
- ◆ 分辨率:32 bits
- ◆ 电气标准: TTL
- ◆ 时钟源: 板载时钟或外部时钟
- ◆ 最大时钟输入频率: 10MHz

1.3.5 模拟量触发 (A.Trig)

- ◆ 触发源:
 - ◇ 任意模拟量采集通道
 - 分辨率及量程: AI 精度
 - 量程范围: AI 量程
 - 其他指标参考 AI 参数
 - ◇ 专用外部模拟量触发输入通道 (ATR)
 - 分辨率及量程: 8bit
 - 量程范围: $\pm 10V$
 - 输入阻抗: $40K\Omega$
 - 耦合方式: 直流耦合
 - 过压保护: $\pm 30V$
- ◆ 触发方向: 正方向或负方向 (software selectable)
- ◆ 功能选定: 程序控制
- ◆ 带宽: 300kHz

1.3.6 数字量触发 (D.Trig)

- ◆ 电气标准: TTL/CMOS
- ◆ 触发方向: 上升沿或下降沿
- ◆ 脉冲宽度: 最小值 10ns

1.3.7 设备同步接口

- ◆ 20pin 排线接口 (PCIe -6266 通过板间排线)
- ◆ 板间时钟信道 (通过 68Pin SCSI 端子)

1.3.8 系统稳定时间

- ◆ 建议预热时间: 15 分钟
- ◆ 板载基准:
 - ◇ 基准电压: 5.000V
 - ◇ 温漂系数: $\pm 2\text{ppm}/^\circ\text{C}$
 - ◇ 长期稳定性: 6ppm/1000 小时

1.3.9 物理特征

- ◆ 产品尺寸:
 - ◇ 175mm *111mm
- ◆ 信号连接器: 68-pin SCSI 插头

1.3.10 产品功耗 (典型值)

- ◇ +5VDC 2.45 A

1.3.11 工作环境

- ◇ 温度范围: 0 to 55 °C
- ◇ 相对湿度: 10% to 90%无凝结

1.3.12 存储环境

- ◇ 温度范围: -20 to 80 °C
- ◇ 相对湿度: 5% to 95%无凝结

1.4 软件支持

国控精仪提供了通用的软件驱动包，用户可以在多种基于 windows 的应用软件下建立工程，通过我们提供的驱动程序（DLL）控制相应的硬件设备。用户可以通过我们免费提供的演示程序，了解产品的驱动函数接口和软件控制方法。

所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。所提供的各种语言演示程序包含了工程级源代码，客户可以将相应的控制产品的程序段融合在不同的应用工程当中，客户可轻松完成熟悉产品的过程。

函数库介绍

为方便客户编写自己的程序,我们提供了多种操作系统下的驱动库，包括 XP/Win7/Win8 等操作系统下的 32 位和 64 位驱动程序。客户使用我们产品开发其他设备时，可以从光盘中提取驱动安装文件（\\ 6760 series\ Drivers）。

用户可以使用多种开发环境，例如 VC++、VB、Delphi、CVI、Labview、Matlab、组态软件等等。使用光盘中相应产品的安装包进行 setup 之后，相应的演示程序也一同安装完毕，用户可参考演示程序，熟悉驱动的使用方法。

2 设备安装

本章详细介绍如何进行驱动程序安装和设备识别，驱动安装过程中自动配置 IRQ 端口地址，用户通过 DLL 动态连接库即可操作产品。

2.1 产品开箱

本产品包装箱内包括：

- ◆ PCIe -6266 多功能数据采集卡
- ◆ 软件光盘
- ◆ 接口配件包
- ◆ 合格证及保修卡

如果您的产品包装中缺少上述内容，请及时联系给您服务的经销商，部分内容可以向公司总部索取。

PCIe -6266 产品使用了部分对静电敏感的元器件，请不要直接用手触碰产品上的 IC 元器件，应佩戴接地良好防静电腕带，通过产品挡片或线路板边缘拿放产品，产品取出后应放置在防静电桌垫之上。

将带有金手指的产品插入机箱时，保持产品对准槽位垂直下压；将 PXI 产品插入机箱时，请注意查看机箱对应槽位及防呆接口的设置，检查产品有无保护套，当插入有很大阻力时，切勿用力盲目插入！

2.2 软件安装

用户可以在软件光盘中找到所购买产品的对应文件夹，其中包含如下内容：

- ◆ 驱动及应用程序安装包（setup 文件夹）
- ◆ 用户手册（Manual 文件夹）
- ◆ 客户研发中需要使用的驱动文件（Drivers 文件夹）

初次使用产品时，用户可参考如下步骤进行安装：

- 1) 关闭计算机，插入产品；
- 2) 启动计算机进入操作系统之后，系统会提示找到新硬件；
- 3) 忽略系统提示，直接执行光盘中相应产品文件夹下的 setup.exe 文件；

- 4) setup.exe 文件执行后，会将驱动及演示程序安装入用户计算机；
- 5) 同时将启动计算的硬件设备自动查找，系统硬件中将自动识别产品；
- 6) 此时完成了硬件安装过程，用户可以使用我们提供的软件进行产品操作；
- 7) 信号接入方法参考第三章中相关内容

用户进行自主程序开发、发布时可以直接将 Drivers 文件夹中的文件拷贝，在安装过程中装载至系统 inf 文件夹中，完成对我方产品的安装过程。

2.3 产品布局图




图 2-1 PCIe-6266 产品布局图

2.4 产品硬件配置

- ◆ 产品可以直接使用软件逻辑地址进行多个产品分别控制；
- ◆ 产品带有硬件拨码开关，方便客户通过硬件地址对多个产品进行配置；
- ◆ PCIe-6266 通过板载 DSI（设备同步接口，产品右上方 20PIN）连接线进行多个产品同步、产品触发等功能；

3 信号连接说明

本章主要介绍产品对外连接器和板间连接器的管脚定义和使用说明，并简单介绍了如何同外部设备连接。

3.1 连接器管脚分配

本系列产品统一使用了 68pin SCSI 连接器做为对外接口，AI、AO、IO 等功能均由该连接器引出。PCIe6266 系列统一使用了 20pin 排线作为板间同步通讯接口（DSI）。




图 3-1 端子示意图

AO 0	1	35	AO 1
AOGND	2	36	AI SENSE
AI 0	3	37	AI 8
AI 1	4	38	AI 9
AI 2	5	39	AI 10
AI 3	6	40	AI 11
AI 4	7	41	AI 12
AI 5	8	42	AI 13
AI 6	9	43	AI 14
AI 7	10	44	AI 15
AI 16	11	45	AI 24
AI 17	12	46	AI 25
AI 18	13	47	AI 26
AI 19	14	48	AI 27
AI 20	15	49	AI 28
AI 21	16	50	AI 29
AI 22	17	51	AI 30
AI 23	18	52	AI 31
AI 32	19	53	AI 40
AI 33	20	54	AI 41
AI 34	21	55	AI 42
AI 35	22	56	AI 43
AI 36	23	57	AI 44
AI 37	24	58	AI 45
AI 38	25	59	AI 46
AI 39	26	60	AI 47
AIGND	27	61	DGND
DTR	28	62	GATE 0
ATR	29	63	CLK 0
EXT_TIME_IN	30	64	OUT 0
P0 0	31	65	P0.1
P0.2	32	66	P0.3
P1.0	33	67	P1.1
P1.2	34	68	P1.3

表 3-1 68-pin scsi 接口定义

管脚	信号名称	功能说明	补充说明
36	AI SENSE	模拟量地	单端信号输入使用
27	AIGND	模拟量地	浮地单端信号输入使用

3 ~ 10	AI (0...7)	单端模拟量输入 (0 ~ 48)	差分输入 AI+ (0~7)
11 ~ 18	AI (16...23)		差分输入 AI+ (8~15)
19 ~ 26	AI (32...39)		差分输入 AI+ (16~23)
37 ~ 44	AI (8...15)		差分输入 AI- (0~7)
45 ~ 52	AI (24...31)		差分输入 AI- (8~15)
53 ~ 60	AI (40...47)		差分输入 AI- (16~23)
28	DTR	数字量外触发	
29	ATR	模拟量外触发	
1,35	AO0, AO1	模拟量输出	
2	AOGND	模拟量地	模拟量输出建议使用
30	EXT_TIME_IN	外时钟输入	用于 AI 转换时钟
63	CLK0	计数器时钟输入	
62	GATE0	计数器门控	
64	OUT0	计数器输出	
31,32	P0.(0,2)	第一组可编程 IO	
65,66	P0.(1,3)		
33,34	P1.(0,2)	第二组可编程 IO	
67,68	P1.(1,3)		
61	DGND		计数器、IO 使用数字地

表 3-2 68-pin scsi 接口说明

DSI_SYS_TIME	1	2	DGND
RESERVED	3	4	DGND
AI Sample CLK	5	6	DGND
AI Convert CLK	7	8	DGND
AI_Trigger	9	10	DGND
RESERVED	11	12	DGND
AO Convert CLK	13	14	DGND
AO_Trigger	15	16	DGND
RESERVED	17	18	DGND
RESERVED	19	20	DGND

表 3-3 20-pin DSI 接口定义

DSI 信号	功能说明
DSI_SYS_TIME	系统公用基准时钟，如果配有专用时钟卡可使用
AI Sample CLK	模拟量采样时钟，同步产品一个该时钟信号，启动所有通道的转换动作
AI Convert CLK	模拟量输入转换时钟，本时钟主要用于轮询采集产

	品, 一个 AI Sample CLK 启动一组 AI Convert CLK, 用于各个异步通道的转换动作
AO Convert CLK	模拟量输出转换时钟, 一个该时钟, 启动所有通道的转换动作
AI_Trigger	用户可设定产品间的触发输入\输出或者启动信号的输入\输出, 用于 AI 工作; 主卡设定为触发输出; 从卡设定为触发输入;
AO_Trigger	用户可设定产品间的触发输入\输出或者启动信号的输入\输出, 用于 AO 工作; 主卡设定为触发输出; 从卡设定为触发输入;
RESERVED	预留功能

表 3-4 20-pin DSI 接口说明

3.2 模拟量输入的信号连接方式

PCIe-6266 系列产品提供单端 48 路模拟量采集或者差分 24 路采集, 客户可根据实际需求进行选择。为了帮助客户获得更准确的模拟量采集数据, 这里简单介绍信号源类型和 AI 接入方式。

3.2.1 信号源类型

带有参考地的信号源

带有参考地的信号源是指该信号源通过某些方式和建筑物系统地线相连接且该信号源采用非隔离输出方式。

浮地信号源

浮地信号源是指该信号源没有通过任何方式和接地装置相连接, 也就是说该信号源通过隔离方式输出了浮动无参考地的信号。例如热电偶、变压器、电池等信号、带隔离输出的信号源都是浮地信号。

3.2.2 单端连接方式

我们提供两种单端测量方式: 有参考单端 RSE 和无参考单端 NRSE, 不同信号源的接入方式不同, 客户可参考下图进行信号连接。

客户选择 RSE 单端方式时, 可测量浮地信号源, 不建议客户测量带有参

考地的信号源。

客户选择 NRSE 单端方式时，两类信号源均可测量。：




图 3-2 单端连接方式

3.2.3 差分连接方式

带有参考地的信号源的差分接入方式中，信号源提供两个信号输出，信号源的地和信号源的低端非隔离连接，信号源自身已接入建筑物系统地线，此时选用差分连接方式可以抑制共模干扰。

浮地信号源测量时需要在信号源的负端和测量设备的 AI GND 之间加入一个偏置电阻，电阻的阻值建议为信号源输出阻抗的 100 倍。如果输出阻抗小于 100 欧姆，则此偏置电阻可以不加。选用差分测量方式相比单端方式会引入更低的噪声

如下图所示：




图 3-3 差分连接方式

4 产品功能详细介绍

本章详细介绍产品相关的各种理论基础，包括 AI 模拟量采集、AO 模拟量输出、数字量 IO、定时计数器、触发功能等，可以帮助用户熟悉产品功能、了解硬件操作。

PCIe-6266 系列产品硬件功能是相同的，该系列产品模拟采集方式采用通道轮询方式采集，使用通道开关切换模拟量输入的物理通道，用一片模数转换芯片完成 AI 功能；提供了 8 可编程数字量输入、输出功能，每 4 路一组，设定数字量方向；提供 1 路定时技术器功能；

4.1 AI 转换

PCIe -6266 产品提供了 48 路轮询模拟量输入功能，用户使用产品前，应了解被测信号的电压范围、通道数量、单位时间需要的数据量等信息，按照表 3-1 中的接线定义完成物理连接；

设定产品的量程、首末通道、采样频率、启动方式等；

4.1.1 AI 数据获取模式

根据采集的数据量可分为三种模式：单次单点方式、单次定长采集方式、连续采集方式。

单次单点方式：执行一次 AI_Read 函数，每个通道返回一个数据。采集数据只需设定通道和量程，用户直接读取一个数据，AI_Read 函数中的 numSampsPerChan 参数的大小可设定为 1；每次执行 AI_Read 函数每通道获得一个点。这时我们提供的最简单、返回速度最快的读数方式。

读数据流程：DeviceOpen→AI_InitChan→AI_Read→DeviceClose

单次定长采集方式：执行一次 AI_Read 函数，每个通道返回一批设定量的数据。执行 AI_CfgTiming 函数，设定时钟源、采样频率、单次采集（sampleMode

参数)、采集长度 (perChanGetSamples 参数)。AI_Start 函数执行后, 产品开始工作, 直至每通道均完成采集量 (perChanGetSamples) 后自动停止; AI_Read 函数中的 numSampsPerChan 参数的大小可设定为和 perChanGetSamples 相同。

读数据流程: DeviceOpen → AI_InitChan → AI_CfgTiming → AI_Start → AI_Read → AI_Stop → DeviceClose

连续采集方式: 反复执行 AI_Read 函数, 每个通道不断连续返回数据。执行 AI_CfgTiming 函数, 设定时钟源、采样频率、连续采集 (sampleMode 参数)、缓冲区大小 (perChanGetSamples 参数)。AI_Start 函数执行后, 产品开始工作; AI_Read 函数中的 numSampsPerChan 参数的大小原则上不受 perChanGetSamples 大小限制。通过反复执行 AI_Read 函数, 获取连续的 AI 数据。

读数据流程: DeviceOpen → AI_InitChan → AI_CfgTiming → AI_Start → AI_Read → AI_Stop → DeviceClose

二级缓冲区=通道数 * 单通道缓存点; 单次定量采集模式下建议单通道缓存点为 1k~1M, 连续采集模式下建议单通道缓冲点为 1k~10K, 驱动程序将按照用户设定单通道缓存点和通道数在内存中建立二级缓冲区, 启动采集后用户从二级缓冲区中读取数据;

启动 AI 转换后, AI 数据首先进入 FIFO 板载存储器当中, 驱动程序自动将 AI 数据分批搬移至计算机中的驱动开设的二级缓存区 (用户亦可选用 DMA 方式), 用户需要的通道数据是独立存放在二级缓存区之中的, 可通过 AI_Read 函数, 将数据取出并处理。

如果用户未及时处理二级缓存区中的数据, 在数据存满二级缓存区后, 驱动停止从 FIFO 中搬运数据, AI 转换会在板载 FIFO 存满后停止。

4.1.2 AI 数据格式

下面表 4-1、表 4-2 分别说明 PCIe -6266 系列产品的量程、精度、电压对应十

六进制码值

电压说明	双极性 AI 量程			数字码值
全量程	±10V	±5V	±1V	
最低有效位	305uV	153uV	30uV	
正满度-1LSB	9.999695V	4.999847V	0.99997V	FFFF
中间值+1LSB	305uV	153uV	30uV	8001
中间值	0V	0V	0V	8000
中间值-1LSB	-305uV	-153uV	-30uV	7FFF
负满度	-10v	-5V	-1V	0000

表 4-1 AI 双极性量程及码值

4.1.3 时钟源相关

产品中 AI /AO/IO 等功能的运行时钟默认由板载的 40MHz 晶振提供，如有特殊功能要求，客户也可选择外时钟或系统时钟。外时钟在 SCSI68pin 接口 46 管脚输入；对于系统时钟，PCIe 是 DSI 接口的通用时钟。

如果客户选择外时钟，输入信号应为 TTL 特性，建议选择 1MHz~10MHz，通过软件设置外时钟频率，之后的分频工作由产品自动完成。

客户使用产品的 AI 功能时，设置的采样频率是各自通道的实际采样频率。例如：某通道复用产品总采样频率最高是 100KHz，如果客户选择 5 个通道工作，则此时采样频率最高设定值为 20KHz；如果是同步采集产品，各通道最高采样频率就是该产品标称最高采样频率。

我们为 AI 功能设定了一组时钟做为其工作时钟源，分别为 AI Sample CLK 和 AI Convert CLK，其中 AI Sample CLK 是客户可设定的实际各个通道工作频率。




图 4-1 AI 工作时钟

4.1.4 AI 启动方式

PCIe -6266 系列产品的 AI 启动方式可分为程序启动和外触发启动。

程序启动包括单点即时读取方式和软件后触发方式两种。

外触发模式包括模拟量外触发、数字量外触发、总线同步触发等模式。不同触发源配合不同触发模式，会产生不同的启动结果。详情会在 4.1.5 中详细介绍。

软件单点即时读取方式

这种方式是最简单的客户应用，客户不用设置相对复杂的采样频率、触发模式等参数，仅仅设置所需要的通道数量和量程，直接执行 AI_Read 函数，则立刻返回客户所设定通道的外接信号值，适合采集缓变信号。

软件后触发方式

这种方式可以按客户设定采样频率连续进行数据读取，客户获得的数据是连续分批返回的，同一通道相邻数据点的采样间隔时间是严格按照客户设定的采样频率执行的；软件后触发模式比单点即时读取方式复杂一些，客户需要额外设定采样频率、软件后触发、用户缓冲区等，启动采集后要及时从驱动的二级缓冲区中处理数据，处理效率应高于采集速度，否则产品将在 AI 数据填满可用缓冲区之后停止转换。

4.1.5 触发功能

我们产品最多可以提供 5 种 AI 触发源：软件触发、外部数字量触发、外部模拟量触发、通道自身触发、系统同步触发；提供 6 种 AI 触发模式：A 预触发、B 后触发、C 延时触发、D 中间触发、E 持续触发、F 窗触发。根据各种产品不同配置，提供不同触发设定。

软件触发可选用：B；外部数字量触发可选用：A B C D E；外部模拟量触发可选用：A B C D E F；通道自身触发可选用：A B C D E F；系统同步触发：开放 DSI 相关功能，实现板间同步。

触发源介绍：

软件触发：通过软件程序启动产品采集；

外部数字量触发：通过 SCSI 接口定义的 DTR 管脚接入外部 TTL 特性信号，对该脉冲信号的上升沿、下降沿、高电平、低电平判别；

外部模拟量触发:通过 SCSI 接口定义的专用 ATR 管脚接入外部模拟量信号,对该信号相对某一设定阈值的上升趋势、下降趋势、高于电平、低于电平判识;

PA 匹配触发:通过 SCSI 接口定义 PA0 ~ PA7 接入外部 TTL 特性信号,根据这 8 组信号的高低匹配关系,启动产品采集;

通道自身触发:使用 SCSI 接口定义的模拟量输入通道,针对所要采集的模拟量信号设定阈值,该信号相对阈值的上升趋势、下降趋势、高于电平、低于电平判识;

系统同步触发:在DSI接口总线上,使用AI Sample CLK、AI Convert CLK、AI Trigger 等信号,实现主从卡的同步。

触发模式介绍

注意:此处举例使用数字量下降沿外触发,定长方式采集。如果客户希望在后触发或延时触发后,不间断采集,可以在设置 函数时,设置 sampleMode 为连续工作模式。

预触发

用户需要在触发源事件到来之前采集一批数据,用户使用相关函数设定每通道总采样点数PerChanGetSamples和预采样点数PreSamples,预触发模式下PerChanGetSamples和PreSamples数值相同。在预采样点数未达到设定值之前,触发通道不会接受外触发信号,直至Scan Counter减计数完毕。如下图所示:数字量外触发,预触发模式,预采样4个数据点。




图 4-2 预触发模式

后触发

用户需要在触发源事件到来之后采集一批数据，用户使用相关函数设定每通道总采样点数 `PerChanGetSamples` 和 `PreSamples`，`PreSamples=0`。




图 4-3 后触发模式

延时触发

用户需要在触发源事件到来之后再延迟一段时间后采集一批数据，用户使用相关函数设定每通道总采样点数 `PerChanGetSamples` 和 `PreSamples`。此时 `PreSamples` 设定为负值，驱动根据 AI 转换频率计算出延时时间，例如 `PreSamples = -12`，采样频率为 10KHz，则延时时间为： $8/10000 = 0.0012S=1.2mS$




图 4-4 延时触发模式

中间触发模式

用户需要在触发源事件到来之前采集一批数据，在触发源事件到来之后采集一批数据，用户使用相关函数设定每通道总采样点 `PerChanGetSamples` 和 `PreSamples`，触发点之后的数据 `PostSamples = PerChanGetSamples - PreSamples`。




图 4-5 中间触发模式

在中间触发模式下，如果触发源事件在通道模拟量转换期间到来，则该点计入 PostSamples，如下图所示




图 4-6 中间触发触发点分割数据

持续触发模式

用户需要在触发源事件有效时采集数据（数字量触发管脚持续为高或低，模拟量触发管脚电平持续高于阈值或持续低于阈值），建议客户使用在设置函数时，设置 `sampleMode` 为连续工作模式，直至软件使用停止指令。此时 `PerChanGetSamples` 和 `PreSamples`，不用进行设置。




图 4-7 持续触发模式

窗触发模式

用户设置窗触发时需要设定两个电压阈值，当电压在阈值范围之内或电压在阈值范围之外时持续进行采集数据，建议客户使用在设置函数时，设置 sampleMode 为连续工作模式，直至软件使用停止指令。如下图所示，AI 工作进程高为工作低为停止。在设置窗函数时，需要设置 TopValue 和 BottomValue 参数，用以划定触发窗范围；还需设置 InternalWin 参数，InternalWin=0 窗外触发，InternalWin=1 窗内触发。




图 4-8 窗触发

重复执行触发

用户需要在设置外触发且完成指定的采集动作后，产品自动进入下一次

外触发的等待状态中，这时需要设置 ReTrigger 函数中，ReTriggerNum 参数如果设定为正数，表示可重复触发的次数；如果设定-1，表示会无限次恢复接受外触发的等待状态，直至软件使用停止指令。如下图所示，ReTrigger=1.





图 4-9 重复触发

4.1.6 DMA 数据传输功能

为了充分利用总线的最大带宽，我们在数据传输过程中使用主 DMA 方式，整个数据传输操作在 DMA 控制器的控制下进行，CPU 除了在数据传输开始和结束时需要参与少量设定工作外，在传输过程中可以不占用 CPU 时间。



4.2 AO 转换

PCIe -6266 系列产品提供了 2 通道模拟量输出功能，用户应参考表 3-1 中的接线定义完成物理连接，仔细阅读以下章节，了解 AO 相关参数设定，AO 可实现功能等；

4.2.1 AO 数据输出模式

根据输出的数据量可分为三种模式：单次单点方式（即时更新）、定长反复输出、批量更新连续输出。

单次单点方式：执行一次 AO_Write 函数，每个通道输出一个数据。每次执行 AO_Write 函数后，通道将保持这个输出电压直至下次 AO 输出。这时我们提供的最简单、返回速度最快的读数方式。

读数据流程：DeviceOpen→AO_InitChan→AO_Write→DeviceClose

4.2.2 AO 数据格式

下表分别说明 PCIe -6266 系列产品的量程、精度、电压对应十六进制码值

数字码值	双极性 AO 量程		AO 输出
	$\pm 10V$	$\pm 5V$	
	$305\mu V$	$153\mu V$	全量程
FFFF	9.999695V	4.999847V	正满度-1LSB
8001	$305\mu V$	$153\mu V$	中间值+1LSB
8000	0V	0V	中间值
7FFF	$-305\mu V$	$-153\mu V$	中间值-1LSB
0001	-9.999695V	-4.999847V	负满度+1LSB
0000	-10v	-5V	负满度

表 4-2 AO 双极性量程及码值

4.2.3 AO 启动方式

PCIe -6266 系列产品的 AO 启动方式可分为程序启动和外触发启动。

程序启动模式包括单点即时输出方式和软件后触发方式两种。

- ✧ 单点即时输出方式:使用 AO_Write 函数,设置某一通道的 AO 输出点,如果要设置 3 个通道的输出,则应分别执行 AO_Write 函数 3 次。
- ✧ 软件后触发方式:
 - 用户可以设置一组波形数据, 设置该组数据反复按指定间隔 (WaveInterval) 输出, (软件后触发模式下无延时触发功能), 例如: 设定 WavePeriod=3, 反复输出波形三次; 设定 WavePeriod = -1, 无限次输出。




图 4-10 AO 后触发 3 组波形




图 4-11 AO 延时无限次循环

- 如果客户需要实时更新数据, 我们提供了一个高级应用方式, 即允许客户不间断输出的情况下实时追加新的数据, 此时设定 WavePeriod=0, 则 Delaytime、WaveInterval 都失效, AO 在客户已写入数据输出完毕后停止, 除非客户在数据输出完毕前写入新的数据。如下图:




图 4-12 AO 可追加数据示意

外触发启动模式包括模拟量外触发、数字量外触发、总线同步触发等模式。不同触发源配合不同触发模式，会产生不同的启动结果。外触发相关内容会在下节中详细介绍。

4.2.4 AO 触发功能

我们的产品最多可以提供 4 种 AO 触发源：软件触发、外部数字量触发、外部模拟量触发、系统同步触发；提供 4 种 AO 触发模式：A 后触发、B 延时触发、C 持续触发、D 窗触发。根据各种产品不同配置，提供不同触发设定。

软件触发可选用：A；外部数字量触发可选用：A B C；外部模拟量触发可选用：A B C D；开放 DSI 相关功能，实现板间同步。

AO 的触发源特性和 AI 触发源特性相似，这里不再赘述，可参考 4.1.5。

下面分别介绍涉及的几种触发模式和相关参数：

后触发

下图以数字量下降沿为触发源，触发事件到来之后，立即启动模拟量输出，无波形间隔输出一个 6 点波形 3 次。




图 4-13 AO 后触发

延时触发

下图以数字量下降沿为触发源，触发事件到来之后，延时一段时间启动模拟量输出（这个延时时间设定参数为 **Delaytime**，如果设定 100，则表示按已设定 AO 频率输出 100 个点的时间进行延时），间隔输出一个 6 点波形 3 次（这个间隔时间设定参数为 **WaveInterval**，如果设定 50，则表示按已设定 AO 频率输出 50 个点的时间插入波形间隔）。




图 4-14 AO 延时触发

持续触发和窗触发

当外触发保持有效设定状态时，AO 持续输出。数字量触发管脚持续为高或低，模拟量触发管脚电平持续高于阈值或持续低于阈值可使用持续触发；

当电压在阈值范围之内或电压在阈值范围之外时可使用窗触发。

下图为数字量高电平触发示例：




图 4-15 AO 数字量持续触发

重复触发

通过 AO_SetReTrigger 函数设定 ReTriggerNum 参数，实现自动重复接受触发信号。如下图所示：




图 4-16 AO 重复触发

4.2.5 AO 停止方式

我们提供两种 AO 命令强制终止方式：在 AO_Stop 函数中设置停止模式，0. 立即停止，1. 完成本次波形周期停止。




图 4-17 AO 停止模式 0




图 4-18 AO 停止模式 1

4.3 数字量输入、输出

4.3.1 方向控制

产品提供 8 路通用数字量输入或输出，每 4 路一组可以设定方向，分别为 P0、P1 两组，使用 DIO_CfgDev 函数设定每组的 IO 方向。使用 DIO_Write 函数控制 DO 输出管脚的状态，通过 DIO_Read 函数获得 DI 管脚的状态。

4.3.2 电气特性

IO 管脚在系统重启过程中为高阻状态；

IO 通过 245 芯片驱动，TTL 特性；

4.4 计数器

我们提供多种实用的计数器功能，计数器可以通过初始化分别设定为不同的工作方式，基本遵循以下规律进行工作：

- ① GATE 管脚主要做为控制、参考、触发等作用；
- ② OUT 管脚主要做为脉冲发生功能时起作用；
- ③ CLK 管脚坐在被测信号输入或分频信号输入；
- ④ 计数器采用“+1”方式计数；
- ⑤ 脉冲发生和测频方式均以基础时钟的上升沿做为基准；

⑥ 软件初始化后通过启动命令启动计数器，计数器开始工作或等待响应的触发信号；

4.4.1 方式 0：计数模式 0；

在这种计数模式下，用户可以选择使用接入 GATE 管脚的外部信号或使用内部时钟信号做为采样时钟，计数器将采样时钟上升沿对应的计数值打入缓存，客户可获得一组连续的计数值。通过软件方式启动后采用加计数方式，用户可以选择对输入信号 CLK 的上升沿或下降沿计数；




图 4-19 计数模式 0

4.4.2 方式 1：计数模式 1；

在这种计数模式下，用户可以选择使用接入 GATE 管脚的外部信号做为计数参考，计数器在 GATE 管脚为低电平时停止计数。通过软件方式启动后采用加计数方式，用户可以选择对输入信号 CLK 的上升沿或下降沿计数；




图 4-20 计数模式 1

4.4.3 方式 2：频率周期模式 0；

这种计数器模式主要用来测量输入信号的周期，我们内部提供分别提供 100KHz 和 10MHz 两种内部时钟基准（驱动自动选择），当被测信号小于 1MHz 时建议使用该模式。通过软件方式启动后，返回输入信号的周期或频率；




图 4-21 频率周期模式 0

4.4.4 方式 3：频率周期模式 1；

这种计数器模式主要用来测量输入信号脉冲宽度，我们内部提供分别提供 100KHz 和 10MHz 两种内部时钟基准（驱动自动选择），建议被测信号小于 1MHz，通过内部时钟基础获得脉冲的宽度。软件方式启动后，返回输入信号脉冲宽度；




图 4-22 频率周期模式 1

4.4.5 方式 4：频率周期模式 2；

这种计数器模式主要用来测量高频输入信号的周期，通过对单位时间内获得的被测脉冲的个数，对比内部时钟基础，得到输入信号的频率或周期。




图 4-23 频率周期模式 2

4.4.6 方式 5: 脉冲发生模式 0;

这种计数器模式主要用来对输入信号分频，然后产生脉冲输出。此种模式 GATE 信号做为门控，高电平时计数器工作。软件启动后计数器计数达到 6 时，产生一个脉冲宽度为 8 的脉冲。




图 4-24 脉冲发生模式 0

4.4.7 方式 6: 脉冲发生模式 1;

这种计数器模式主要用来对输入信号分频，然后产生脉冲输出。此种模式 GATE 信号做为触发信号，一个 GATE 脉冲后，产生一个对应的脉冲。软件启动后，一个 GATE 触发延时 2 个脉冲，产生一个脉冲宽度为 4 的脉冲。




图 4-25 脉冲发生模式 1

4.4.8 方式 7：脉冲发生模式 2；

这种计数器模式主要用来对输入信号分频，然后产生脉冲输出。此种模式 GATE 信号做为触发信号，一个 GATE 脉冲后，连续产生设定的脉冲，直至软件停止计数器工作。软件启动后，一个 GATE 触发连续产生一个占空比为 3:4 的脉冲。




图 4-26 脉冲发生模式 2

5 产品校准

本章主要介绍产品自校准功能如何使用。

- ◆ 加载校准参数；
- ◆ 进行产品自校准；
- ◆ 保存自校准参数；